Clarion

服薬支援ロボ　簡単ガイド

■ この「簡単ガイド」は、基本的な操作のみ説明しています。
■ 安全にお使いいただくために、必ず取扱説明書をお読みください。

Printed in Japan　2015/10
280-9337-20

カセットの出し入れ

1 「通常画面」の メニュー キーをタッチします

➡「パスワード入力画面」が表示されます。

通常画面

2 4桁のパスワードを入力し、決定 キーをタッチします

➡「メニュー画面」が表示されます。

パスワード入力画面

MEMO
パスワードを忘れてしまったときは、取扱説明書の「パスワードを忘れたときは」をご覧ください。

3 「メニュー画面」の[カセット設定]アイコンをタッチします

➡「カセット設定画面」が表示されます。

メニュー画面

4 カセット番号の 交換 キーをタッチします

➡ 画面に「カセット交換 本体上部のカバーを開けてください」と表示されます。

カセット設定画面

注意
- ■カセット回転中に上部カバーを開けると、右下のようなメッセージが表示され、カセットの回転がとまります。上部カバーを閉じ、回転が終わるまでお待ちください。
- ■カセット回転中に異常が発生すると、右のようなメッセージが表示されます。カバーを閉めなおし、機構部の動作が完全に停止するのを待って、もう一度やりなおしてください。それでも表示される場合は、直ちに使用を中止し、お買い上げの販売店にご相談ください。

画面に「カセット回転中」と表示され、交換準備が完了すると、「カセット交換　本体上部のカバーを開けてください」と表示されます。





5 鍵を鍵穴にさし、時計方向に90度回転させ、上部カバーを開けます（鍵は抜けなくなります）

上部カバーを開けると画面に「カセットを交換してください」と表示されます



6 カセットを出し入れします

➡ カセットの出し入れが正しく行われると、画面に「カセットが交換されました」と表示されます。数秒経過後、画面は「カセット設定画面」に切り替わります。



注意
正しくカセットが装着されると確認音が鳴ります。
確認音が鳴らない場合は、カセットが正しく装着されていませんので装着し直してください。



7 上部カバーを閉じます

8 複数のカセット装着、取り出す場合は、手順4～7を繰り返し行います
（上蓋の鍵はそのままでかまいません）

9 カセットの出し入れを終えたら、「カセット設定画面」の 戻る キーをタッチします

カセット設定画面

10 鍵を反時計方向に90度回し、鍵をかけます



➡ [メニュー画面]が表示されます。

MEMO
鍵は紛失しないように保管してください。

11 [メニュー画面]の 戻る キーをタッチし、通常画面に戻します

注意
カセットの出し入れを終えたあとは、必ず通常画面に戻してください。そのままの状態だとお薬はでません。

メニュー画面

通常画面

お薬の入れ方

1 ピルケースの上蓋を開き服薬時間に合わせた色のピルケースに１回に服用するお薬を入れます



使用例
ピルケースは服薬時間帯により４種類に色分けが可能です。
「朝」➡ 赤色、「昼」➡ 青色、「夜」➡ 緑色、「寝る前」➡ 灰色



注意
- ■調剤薬局により色分けが異なる場合がありますので、お薬の入れ間違いには十分ご注意願います。
- ■停電等の何等かの理由でお薬が取り出せなくなった場合のために数日分のお薬を常時別に保管する事をおすすめします。
- ■包装(PTP)シート誤飲防止のために、包装シートのままピルケースにセットされた場合は包装シートから必ず取り出してお薬を服用するようご注意願います。

2 ピルケースの上蓋を閉じます

注意
上蓋とケースに隙間が無い事を確認してください。
ピルケースの蓋に隙間があると故障の原因となります。



3 お薬を入れたピルケースと同色のカセットを用意し、カセットカバーを上に向け、矢印(⇒)の部分を持って、カセットカバーを矢印A方向にスライドします。
奥までスライドさせた後、矢印Ｂ方向にカセットカバーを押し下げ、固定します



4 カセットと同色のピルケースであることを確認し、カセットにいれます

注意
カセットとピルケースの色は必ず同じ色の組み合わせを使用してください。誤飲･故障の原因となります。



5 カセットカバーを矢印C方向に持ち上げ、スライド固定を解除し、矢印D方向にカチッと音がするまでカセットカバーをスライドさせ閉じます



6 お薬の飲む時間に合わせ、手順１～手順5を繰り返し準備してください

使用例
服薬時間帯は、「朝」「昼」「夜」「寝る前」の順番で設定する必要があります。

必ず確認してください！

- □お薬の入れ間違いはありませんか？
- □ディスプレイは通常画面(時間)が表示されていますか？
- □一錠ずつ切り離した包装(PTP)シートは、誤飲の危険性があることを服用者に伝えましたか？

記載以外でご不明点がございましたら取扱い説明書をご確認願います。
それでも解決しない場合は、お買い上げの販売店へお問い合わせください。

品名:服薬支援ロボ

クラリオン株式会社
〒330-0081 埼玉県さいたま市中央区新都心７番地２
Clarion ホームページ　http://www.clarion.com

商品に関してのお問い合わせはお客様相談室へ
フリーダイヤル 0120-112-140
(土･日･祝日･弊社指定休日を除く 9:30～12:00,13:00～17:00)